

Số: 196 /TTYT-KD  
V/v mời chào giá dịch vụ sửa chữa  
nguồn máy siêu âm

Kỳ Anh, ngày 20 tháng 05 năm 2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ hàng hóa tại Việt Nam

Hiện nay, Trung tâm y tế Kỳ Anh đang có nhu cầu sửa chữa Bo mạch nguồn máy siêu âm màu 4D ACUSON NX3. Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch sửa chữa nguồn máy siêu âm màu 4D ACUSON NX3 phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh, Trung tâm y tế Kỳ Anh kính mời Quý công ty, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có năng lực, khả năng cung cấp chào giá nội dung như sau

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Trung tâm Y tế Kỳ Anh

- Địa chỉ: Thôn Tân Giang, xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Người chịu trách nhiệm nhận báo giá: Ds Nguyễn Hữu Trung – Trưởng khoa Dược, SĐT: 0799.121.888, Email: [Khoaduocxythka@gmail.com](mailto:Khoaduocxythka@gmail.com)

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế Kỳ Anh. Thôn Tân Giang, xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

- Nhận qua Email: [Khoaduocxythka@gmail.com](mailto:Khoaduocxythka@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 20 tháng 05 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 22 tháng 05 năm 2026

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng KH-TC;
- Lưu: VT, KD.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Văn Luật**

**PHỤ LỤC: DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ**

*(Kèm theo Công văn số 196/TTYT-KD ngày 20/05/2026 của Trung tâm Y tế Kỳ Anh)*

<b>STT</b>	<b>Tên thiết bị - nội dung sửa chữa</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Số lượng</b>
1	<b>Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy siêu âm màu 4D</b> <b>Hãng sản xuất:</b> Siemens Healthineers <b>Model:</b> ACUSON NX3 - S/N: 514054 <b><u>Nội dung:</u></b> - Hệ thống không khởi động được, đèn nguồn báo OCP - Hệ thống lỗi nguồn C060 PSU (lỗi bộ xử lý cảm biến quá dòng (OCP) của bộ nguồn C060 PSU)	Lần	01