

Số: 236 /TTYT-KD

Kỳ Anh, ngày 09 tháng 06 năm 2026

V/v mời chào giá dịch vụ bảo
dưỡng, sửa chữa, thay thế linh kiện
hệ thống ô xy trung tâm

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm y tế Kỳ Anh đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng dự toán, giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế linh kiện hệ thống ô xy trung tâm tại Trung tâm Y tế Kỳ Anh năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Trung tâm Y tế Kỳ Anh

- Địa chỉ: Thôn Tân Giang, xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Người nhận báo giá: Ds Nguyễn Hữu Trung – Trưởng khoa Dược – TTB

- VTYT, SĐT: 0799.121.888, Email: Khoaduocthythka@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế Kỳ Anh. Thôn Tân Giang, xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

- Nhận qua Email: Khoaduocthythka@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 08 tháng 06 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 18 tháng 06 năm 2026

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Phụ lục 2 đính kèm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KH-TC; CNTT;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Luật

PHỤ LỤC 01: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời số 236/TTYT-KD ngày 09/06/2026 của Trung tâm Y tế Kỳ Anh)

BÁO GIÁ

Kính gửi:.....

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Kỳ Anh, chúng tôi..... (ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại, mail, mã số thuế,..) báo giá cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế linh kiện hệ thống ô xy trung tâm như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1						
2						
...						
	Tổng cộng					

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày (Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày), kể từ ngày ... tháng ... năm

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

PHỤ LỤC 02: DANH MỤC DỊCH VỤ

(Kèm theo Thư mời số 236/TTYT-KD ngày 09/06/2026 của Trung tâm Y tế Kỳ Anh)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị	Khối lượng
1	Hệ thống hút trung tâm			
1.1	Sửa chữa, bảo dưỡng động cơ động cơ máy hút	- Tháo dỡ cấu tạo máy, kiểm tra bảo dưỡng, thay thế vòng bi, trục máy, sử lý rỳ sét và vệ sinh máy. - Linh kiện, phụ tùng thay thế mới 100% - Hàng hóa, dịch vụ cung cấp, thay thế tương thích với thiết bị sửa chữa. Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường sau khi sửa chữa.	Máy	3
1.2	Thay dầu máy	- Vật liệu thay thế mới 100% - Thẻ tích dầu thay: 3 lít/máy - Hàng hóa, dịch vụ cung cấp, thay thế tương thích với thiết bị sửa chữa . Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường sau khi sửa chữa	Máy	3
1.3	Bảo dưỡng HT điều khiển hệ thống máy hút	- Căn chỉnh lại điện điều khiển - Vệ sinh lại tủ - Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường đúng tiêu chuẩn sau khi bảo dưỡng.	HT	1
1.4	Bảo dưỡng, thay thế HT filter lọc, tách dầu máy hút	- Vật liệu thay thế mới 100% - Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường đúng tiêu chuẩn sau khi bảo dưỡng.	HT	1
1.5	Bảo dưỡng HT lọc khuẩn, bẫy nước	- Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường đúng tiêu chuẩn sau khi bảo dưỡng.	HT	1
1.6	Bảo dưỡng, vệ sinh bình tích áp	- Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường đúng tiêu chuẩn sau khi bảo dưỡng.	Bình	2
2	Hệ thống nén trung tâm			
2.1	Sửa chữa, bảo dưỡng động cơ động cơ máy nén	- Tháo dỡ cấu tạo máy, kiểm tra bảo dưỡng, thay thế vòng bi, trục máy, sử lý rỳ sét và vệ sinh máy. - Linh kiện, phụ tùng thay thế mới 100% - Hàng hóa, dịch vụ cung cấp, thay thế tương thích với thiết bị sửa chữa. Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường sau khi sửa chữa.	Máy	2
2.2	Thay dầu máy	- Vật liệu thay thế mới 100% - Thẻ tích dầu thay: 3 lít/máy - Hàng hóa, dịch vụ cung cấp, thay thế tương thích với thiết bị sửa chữa . Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường sau khi sửa chữa	Máy	3
2.3	Bảo dưỡng HT điều khiển hệ thống máy nén	- Căn chỉnh lại điện điều khiển - Vệ sinh lại tủ - Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường đúng tiêu chuẩn sau khi bảo dưỡng.	HT	1

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị	Khối lượng
2.4	Bảo dưỡng, thay thế HT lọc, tách dầu máy nén	- Vật liệu thay thế mới 100% - Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường đúng tiêu chuẩn sau khi bảo dưỡng.	HT	1
2.5	Bảo dưỡng, vệ sinh bình tích áp	- Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường đúng tiêu chuẩn sau khi bảo dưỡng.	Bình	2
2.6	Hệ thống điều áp phân phối khí	- Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường đúng tiêu chuẩn sau khi bảo dưỡng.	HT	1
3	Hệ thống ôxy, Co2 trung tâm			
3.1	Bảo dưỡng hệ thống dàn gom oxy	- Tháo dỡ, kiểm tra thay thế zoang, các mối hàn, ốc siết bị hỏng do rỉ sét, cấu tạo cơ khí. - Hàng hóa, dịch vụ cung cấp, thay thế tương thích với thiết bị sửa chữa. Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường sau khi bảo dưỡng.	HT	1
3.2	Bảo dưỡng hệ thống dàn gom CO2	- Tháo dỡ, kiểm tra thay thế zoang, các mối hàn, ốc siết bị hỏng do rỉ sét, cấu tạo cơ khí. - Hàng hóa, dịch vụ cung cấp, thay thế tương thích với thiết bị sửa chữa. Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường sau khi bảo dưỡng.	HT	1
3.3	Bảo dưỡng HT điều khiển	- Căn chỉnh lại điện điều khiển - Vệ sinh lại tủ - Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường đúng tiêu chuẩn sau khi bảo dưỡng.	HT	2
4	Hệ thống đường ống dẫn khí			
4.1	Bảo dưỡng, kiểm tra độ kín của hệ thống, các van trên đường ống	- Kiểm tra mối nối, mối hàn bằng cách bơm áp kiểm tra rò khí - Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường đúng tiêu chuẩn sau khi bảo dưỡng.	HT	1
5	Hệ thống ngoại vi			
5.1	Bảo dưỡng, kiểm tra, vệ sinh các hộp van kèm bộ báo động khu vực, các hộp van khu vực	- Kiểm tra mối nối, mối hàn bằng cách bơm áp kiểm tra rò khí - Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường đúng tiêu chuẩn sau khi bảo dưỡng.	HT	1
6	Hệ thống thiết bị đầu cuối			
6.1	Bảo dưỡng các ổ khí nén 4 bar	- Tháo dỡ ổ khí, vệ sinh kiểm tra thay thế zooang, ốc vít - Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường đúng tiêu chuẩn sau khi bảo dưỡng.	HT	1
6.2	Bảo dưỡng các ổ khí ô xi	- Tháo dỡ ổ khí, vệ sinh kiểm tra thay thế zooang, ốc vít - Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường đúng tiêu chuẩn sau khi bảo dưỡng.	HT	1
6.3	Bảo dưỡng các ổ khí hút	- Tháo dỡ ổ khí, vệ sinh kiểm tra thay thế zooang, ốc vít - Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường đúng tiêu chuẩn sau khi bảo dưỡng.	HT	1
7	Hệ thống điện cấp nguồn			
7.1	Bảo dưỡng, kiểm tra tủ điện cấp nguồn	- Đo đặc, căn chỉnh lại dòng điện - Vệ sinh tủ - Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường đúng tiêu chuẩn sau khi bảo dưỡng.	HT	1